

薬生機発 0328 第 3 号  
薬生安発 0328 第 11 号  
平成 28 年 3 月 28 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省大臣官房参事官  
（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）  
（ 公 印 省 略 ）

厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長  
（ 公 印 省 略 ）

金属製の眼内ドレーンを留置した患者に対する磁気共鳴画像診断装置を用いた検査について

標記について、別添写しのとおり公益社団法人日本医学放射線学会理事長、公益社団法人日本放射線技術学会代表理事及び公益社団法人日本診療放射線技師会会長宛て通知しましたので、その内容について御了知の上、関係者、関係団体等に周知方お願いいたします。

