

医療事故情報収集等事業 第27回報告書のご案内

1. 報告の現況

(1) 医療事故情報収集・分析・提供事業（対象：平成23年7月～9月に報告された事例）

表1 報告件数及び報告医療機関数

		平成23年			合計
		7月	8月	9月	
報告義務 対象医療 機関	報告件数	220	202	202	624
	報告医療 機関数	140			
参加登録 申請医療 機関	報告件数	39	16	31	86
	報告医療 機関数	34			
報告義務対象医 療機関数		272	272	272	-
参加登録申請医 療機関数		600	602	601	-

第27回報告書37～40頁参照

表2 事故の概要

事故の概要	平成23年7月～9月	
	件数	%
薬剤	41	6.6
輸血	1	0.2
治療・処置	132	21.2
医療機器等	39	6.3
ドレーン、チューブ	53	8.5
検査	21	3.4
療養上の世話	276	44.2
その他	61	9.8
合計	624	100.0

第27回報告書46頁参照

(2) ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業（対象：平成23年7月～9月に発生した事例）

- 1) 参加医療機関数 1,044（事例情報報告医療機関数 571施設を含む）
- 2) 報告件数（第27回報告書62～68頁参照）
 - ①発生件数情報報告件数：165,029件（報告医療機関数 466施設）
 - ②事例情報報告件数：8,145件（報告医療機関数 87施設）

2. 医療事故情報等分析作業の現況

従来「共有すべき医療事故情報」として取り上げた事例に、さらに分析を加え、「個別のテーマの検討状況」の項目で取り上げています。今回の個別のテーマは下記の通りです。

- | | |
|--|----------------------|
| (1) 薬剤の施設間等情報伝達に関連した医療事故 | 【第27回報告書 90～130頁参照】 |
| (2) 自己管理薬に関連した医療事故 | 【第27回報告書 131～144頁参照】 |
| (3) NICUにおける薬剤の希釈に関連した事例 | 【第27回報告書 145～151頁参照】 |
| (4) 抗ウマチ目的のmethotrexate 製剤を誤って連日投与した事例 | 【第27回報告書 152～158頁参照】 |

3. 再発・類似事例の発生状況（第27回報告書159～171頁参照）

これまで個別テーマや「共有すべき医療事故情報」、「医療安全情報」として取り上げた内容の中から再発・類似事例が発生したものを取りまとめています。今回取り上げた再発・類似事例は下記の通りです。

- | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------|
| (1) 「電気メスによる薬剤の引火」 | (医療安全情報No. 34) | 【第27回報告書161～164頁参照】 |
| (2) 共有すべき医療事故情報「施設管理の事例」 | (第11回報告書) | 【第27回報告書165～168頁参照】 |
| (3) 共有すべき医療事故情報「眼内レンズに関連した事例」 | (第15回報告書) | 【第27回報告書169～171頁参照】 |

*詳細につきましては、本事業のホームページ (<http://www.med-safe.jp>) をご覧ください。